

**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W GDAŃSKU**

Wydział Masy, Siły, Długości i Kąta
wchodzący w skład Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku
ul. Polanki 124c, 80-308 Gdańsk
tel.: 58 524-51-10 fax: 58 524-51-16 w1@oum.gda.pl www.oum.gda.pl

Laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących
wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania. Nr akredytacji AP 086.

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 9 lipca 2018 r.

Nr świadectwa: 6W1/1679.8/18

Strona 1/2

OBIEKT WZORCOWANIA	Przymiar wstępowy; producent BMI; nr ewid. ITD. 8/2018; długość nominalna 30 m; działka elementarna 1 mm
ZGŁASZAJĄCY	MAXI GEO Krzysztof Lewandowski Naterki, ul. Posejdona 1, 11-036 Gietrzwałd
UŻYTKOWNIK	Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów
METODA WZORCOWANIA	„Wzorcowanie przymiarów”, PP/ZLW-6.01/S16/01, wydanie 8 z dnia 3 kwietnia 2018 r.
WARUNKI ŚRODOWISKOWE	Temperatura otoczenia: (24,10 ÷ 24,75) °C
DATA WYKONANIA WZORCOWANIA	9 lipca 2018 r.
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA	Niniejsze świadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
WYNIKI WZORCOWANIA	Podano na stronie 2/2 niniejszego świadectwa wraz z wartościami niepewności pomiaru.
NIEPEWNOŚĆ POMIARU	Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.



z up. DYREKTORA
NACZELNIK
WYDZIAŁU MASY, SIŁY, DŁUGOŚCI I KĄTA
Elżbieta Korzeniewska
inż. Elżbieta Korzeniewska

**WYNIKI
WZORCOWANIA**

Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono poniżej:

Odcinek pomiarowy	Zmierzona długość odcinka*	Odchyłka długości odcinka od długości nominalnej*	Niepewność pomiaru
mm			
0 ÷ 5000	5000,14	+0,14	0,16
0 ÷ 10000	10000,15	+0,15	0,21
0 ÷ 15000	15000,10	+0,10	0,28
0 ÷ 20000	19999,83	-0,17	0,35
0 ÷ 30000	29999,88	-0,12	0,41

* Wartość średnia

Pomiary wykonał(a):

STARSZY INSPEKTOR

Anna Olech-Karcz

Autoryzował(a):

SPECJALISTA

mgr Agnieszka Filipkowska