

CERTYFIKAT KALIBRACJI

Nr Stacji:

UKAS CALIBRATION RESULTS

poniedziałek, 3 października 2022 17:06:08

Numer głowicy dymowej: 2259

Data następnej kalibracji: poniedziałek, 3 kwietnia 2023

	Value	Reading	Wynik
Low Range	0,67	0,67	POZYTYWNY
Mid Range	1,61	1,63	POZYTYWNY
High Range	3,22	3,26	POZYTYWNY

B.T.H.U. JUCLA

Tomasz Wojdera

54-143 Wrocław, ul. Gwarecka 9/13

NIP 894 28 72 684 Regon 020320686

Tel. 500 680 920 / 607 685 439

Testowany przez *[Signature]*

Powyższy wydruk pochodzi z programu serwisowego dymomierzy DS2.

Niniejszy dokument stanowi poświadczenie pomyślnego dokonania obowiązkowej kalibracji okresowej (UKAS) dymomierza DS2 2M nr **fabr.D20 2259 BE**.

Następna kalibracja obowiązkowa 03/04/2023 r.

Kalibracja niniejsza była przeprowadzana z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi producenta PREMIER DIAGNOSTICS Ltd, przez autoryzowany serwis przedstawiciela producenta w Polsce: BTHU JUCLA Tomasz Wojdera, ul. Gwarecka 9/13 54-143 Wrocław, tel. 500680920